Z10000

KIT DE MONTAGE pour capteurs de pesage à COMPRESSION - BAS PROFIL

LAUMAS®

Capteurs de pesage série: CBL - CBX - CX

Gamme d'application jusqu'à 15000 kg




DESCRIPTION

- Plaques supérieure et inférieure en acier de construction galvanisé S355JR.
- Lames anti-déplacement latéral en acier inox AISI 304.
- Contrainte anti-renversement composée de deux tiges filetées avec écrou autobloquant.


CHARGE STATIQUE MAXIMALE kg	POUR CAPTEURS DE PESAGE	POIDS NET (kg)	MODÈLE
15000	CBL (250 ÷ 12500 kg) - CBX (15000 kg) CX (1000 ÷ 15000 kg)	5.7	Z10000

Capteur de pesage non inclus.


ORIENTATIONS DES LAMES (CONTRAINTES HORIZONTALES) EN STRUCTURES AVEC 3 APPUIS



ORIENTATIONS DES LAMES (CONTRAINTES HORIZONTALES) EN STRUCTURES AVEC 4 APPUIS



Example d'application



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	DESCRIPTION	MODÈLE
	Épaisseur en acier inox AISI 304:	
	h 0.5 mm	SPVZ1005
	h 1 mm	SPVZ101
	h 2 mm	SPVZ102

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

Z10000


KIT DE MONTAGE pour capteurs de pesage à COMPRESSION - BAS PROFIL

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Les plaques inférieure et supérieure [2] doivent appuyer sur des surfaces indéformables. Le concepteur de l'installation sera chargé de prévoir les modifications nécessaires afin d'éviter les déplacements latéraux et le renversement en fonction de: chocs et vibrations; poussée du vent; classification sismique de la zone d'installation; consistance de la base d'appui.

- Procéder à l'installation du système en utilisant le kit de montage sans le capteur de pesage [1] et en insérant à sa place un tronc de tube 1-2 mm plus long que le capteur.
- Une fois terminé le montage (soudures, etc.), retirer le tube et un ou plusieurs boulons de blocage du capteur [7] insérer le capteur [1] dans le kit de montage.
- Relier les plaques inférieure et supérieure [2] au réseau de terre puis éloigner les écrous [5]; vérifier que la tige filetée [4] glisse dans le trou; approcher les écrous anti-renversement [6] jusqu'à une distance d'environ 1 mm de la plaque.
- Serrer les trois boulons de blocage du capteur de pesage [7].


Plaque supérieure



Plaque inférieure



[1] Capteur de pesage.
[2] Plaques supérieure et inférieure en acier de construction galvanisé S355JR.
[3] Lames en acier inox AISI 304 à utiliser comme contrainte horizontale.
[4] Tige filetée.
[5] Écrou à utiliser comme vérin.
[6] Écrou autobloquant avec fonction anti-renversement.
[7] M6 boulons de blocage du capteur.



La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

www.laumas.com